

Instructions for use

## HSV2 — ELITe Positive Control

---

controlo de ADN de plasmídeo para ensaio quantitativo



REF CTR032PLD

UDI 08033891483494

CE  
0123

IVD

**HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES**

<b>Rev.</b>	<b>Aviso de alteração</b>	<b>Data (dd/mm/aaaa)</b>
19-R	<p>Atualização para conformidade com o Regulamento (UE) 2017/746 em matéria de requisitos de dispositivo médico para diagnóstico in vitro (IVDR).</p> <p>Atualização da utilização prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Validação dos produtos em associação com os instrumentos ELITe InGenius (REF INT030) e ELITe BeGenius (REF INT040)</li> <li>Validação dos produtos em associação com o instrumento ABI 7500 Fast Dx Real-Time PCR.</li> </ul> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; text-align: center;"><b>NOTE</b></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>A composição do produto permanece inalterada</p> <p>Novos gráficos e definição de conteúdos das instruções de utilização.</p> </div>	19/05/25
18	Atualização para a utilização do produto em associação com o instrumento «ELITe BeGenius®» (REF INT040).	28/01/22
17	Utilização extensiva do produto com a plataforma Roche cobas z 480 analyzer.	15/06/20
16	O número de tubos e de volume de Positive Control foi alterado de 4 x 65 µL para 2 x 160 µL. Todas as alterações introduzidas estão descritas no manual de instruções de utilização. A composição, a utilização e o desempenho do produto permanecem inalterados.	28/07/17
00–15	Desenvolvimento de novo produto e alterações subsequentes.	-

**NOTE**

Os lotes de produtos identificados pelos seguintes números de LOTE continuam disponíveis no mercado em virtude do IVDR até às suas datas de validade, de acordo com o Artigo 110 de IVDR. Caso esteja na posse desses lotes de produtos, contacte a equipa ELITechGorup para solicitar a revisão anterior das instruções de utilização.

Esses lotes de Positive Control são tecnicamente compatíveis com a nova versão IVDR do kit de amplificação e podem ser utilizados, até ao seu esgotamento, em associação com a nova versão IVDR do kit de amplificação e de acordo com a utilização prevista.

<u>REF. PRODUTO</u>	<u>Número de lote</u>	<u>Data de expiração</u>
CTR032PLD	U1124-030	30/06/2026
CTR032PLD	U0524-004	31/05/2026
CTR032PLD	U0823-031	31/08/2025

# ÍNDICE

<b>1 UTILIZAÇÃO PREVISTA .....</b>	<b>4</b>
<b>2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO .....</b>	<b>4</b>
<b>3 MATERIAIS FORNECIDOS NO PRODUTO .....</b>	<b>4</b>
<b>4 MATERIAIS NECESSÁRIOS MAS NÃO FORNECIDOS NO PRODUTO .....</b>	<b>4</b>
<b>5 OUTROS PRODUTOS NECESSÁRIOS .....</b>	<b>5</b>
<b>6 AVISOS E PRECAUÇÕES .....</b>	<b>5</b>
<b>7 PROCEDIMENTO.....</b>	<b>6</b>
<b>8 REFERÊNCIAS .....</b>	<b>6</b>
<b>9 SÍMBOLOS .....</b>	<b>8</b>
<b>10 NOTIFICAÇÃO PARA OS UTILIZADORES .....</b>	<b>8</b>

## 1 UTILIZAÇÃO PREVISTA

O produto **HSV2 — ELITe Positive Control** consiste num dispositivo médico para diagnóstico *in vitro* destinado a ser utilizado por profissionais de saúde como um controlo positivo de ADN em quantidade conhecida em ensaios de PCR em tempo real de ácidos nucleicos para a deteção e a quantificação de ADN genómico do **vírus humano Herpes Simplex tipo 2 (HSV2)** em associação com o **HSV2 ELITe MGB® Kit** e os instrumentos **ELITe InGenius®**, **ELITe BeGenius®** e **7500 Fast Dx Real-Time PCR**.

## 2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O produto fornece o **HSV2 — Positive Control**, um ADN de plasmídeo a título conhecido\* numa solução estabilizada com base em Tris-HCl e EDTA, aliquotados em **dois tubos de teste prontos a usar**.

O ADN de plasmídeo contém a região amplificada do gene que codifica a **glicoproteína G (gpG)** de HSV2. A deteção e a quantificação de ADN do alvo, utilizando o produto **HSV2 ELITe MGB Kit** em associação com os instrumentos **ELITe InGenius** e **ELITe BeGenius** atesta a capacidade de o sistema detetar o ADN do gene alvo e, consequentemente, a verificação do sistema. A deteção de ADN do alvo usando o **HSV2 ELITe MGB Kit** em associação com o instrumento **7500 Fast Dx Real-Time PCR** atesta a capacidade de o sistema detetar o ADN do gene do alvo e, consequentemente, a verificação da sessão.

O produto contém reagentes suficientes para **8 sessões separadas** no **ELITe InGenius** e **ELITe BeGenius** e **12 sessões separadas** noutras sistemas, sendo utilizados 20 µL por reação.

### NOTE

A concentração de ADN standard foi determinada por espetrofotómetro por medição da absorção da preparação de ADN de plasmídeo. Este ADN standard estava relacionado com o "1st WHO International Standard for HSV2 Virus DNA" (1.º Standard Internacional da OMS para ADN do vírus HSV2) (NIBSC, ref. 17/122, Reino Unido) com um fator de conversão à unidade internacional como comunicado nas instruções de utilização do produto **HSV2 ELITe MGB Kit**.

## 3 MATERIAIS FORNECIDOS NO PRODUTO

**Table 1**

Componente	Descrição	Quantidade	Classificação dos perigos
<b>HSV2 - Positive Control ref. CTR032PLD</b>	solução de ADN de plasmídeo no tubo com <b>tampa NATURAL</b>	<b>2 x 160 µL</b>	-

## 4 MATERIAIS NECESSÁRIOS MAS NÃO FORNECIDOS NO PRODUTO

- Exaustor de fluxo de ar laminar.
- Luvas sem pó de nitrilo descartáveis ou material semelhante.
- Misturador de vórtice.
- Microcentrifuga de bancada (~13.000 RPM).
- Micropipetas e pontas estéreis com filtro de aerossol ou pontas de deslocação positiva estéreis (0,5-10 µL, 2-20 µL, 5-50 µL, 50-200 µL, 200-1000 µL).

## 5 OUTROS PRODUTOS NECESSÁRIOS

Os reagentes para a amplificação em tempo real e os consumíveis **não** estão incluídos neste produto.

Para realizar o ensaio são necessários os seguintes produtos:

**Table 2**

Instrumentos e software	Produto e reagentes
<b>ELITe InGenius</b> (ELITechGroup S.p.A., EG SpA, ref. INT030) <b>Software ELITe InGenius</b> versão 1.3.0.19 (ou mais recente) <b>HSV2 ELITe_PC</b> , protocolo de ensaio com parâmetros para análise do Positive Control.	<b>HSV2 ELITe MGB Kit</b> (EG SpA, ref. RTS032PLD) <b>ELITe InGenius PCR Cassette</b> (EG SpA, ref. INT035PCR) <b>300 µL Filter Tips Axygen</b> (Corning Life Sciences Inc., ref. TF-350-L-R-S) apenas com o ELITe InGenius <b>1000 µL Filter Tips Tecan</b> (Tecan, Switzerland, ref. 30180118) com o ELITe BeGenius apenas <b>ELITe InGenius Waste Box</b> (EG SpA, ref. F2102-000)
<b>ELITe BeGenius</b> (EG SpA, ref. INT040) <b>Software ELITe BeGenius</b> versão 2.2.1 (ou mais recente) <b>HSV2 ELITe_Be _PC</b> , protocolo de ensaio com parâmetros para análise do Positive Control.	<b>HSV2 ELITe MGB Kit</b> (EG SpA, ref. RTS032PLD) <b>MicroAmp™ Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode, 0.1 mL</b> (Life Technologies, ref. 4346906), microplacas com poços de 0,1 mL e folhas selantes adesivas para amplificação em tempo real.
<b>7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument</b> (ThermoFisher Scientific, ref. 4406985) <b>ELITe GALAXY</b> (EG SpA, ref. INT020)	<b>HSV2 ELITe MGB Kit</b> (EG SpA, ref. RTS032PLD) <b>MicroAmp™ Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode, 0.1 mL</b> (Life Technologies, ref. 4346906), microplacas com poços de 0,1 mL e folhas selantes adesivas para amplificação em tempo real.

## 6 AVISOS E PRECAUÇÕES

Este produto foi concebido para utilização exclusiva *in-vitro*.

### 6.1 Avisos e precauções gerais

- Manuseie e elimine todos os reagentes e todos os materiais usados na realização do ensaio como se fossem infeciosos. Evite o contacto direto com os reagentes. Evite salpicos ou vaporizações. Os resíduos devem ser manuseados e eliminados em conformidade com as normas de segurança adequadas. Os materiais combustíveis descartáveis devem ser incinerados. Os resíduos líquidos que contenham ácidos ou bases devem ser neutralizados antes da eliminação.
- Use vestuário e luvas de proteção adequados e proteja os olhos e o rosto.
- Nunca deve pipetar soluções com a boca.
- Não coma, beba, fume ou aplique produtos cosméticos nas áreas de trabalho.
- Lave cuidadosamente as mãos após manusear amostras e reagentes.
- Elimine os reagentes remanescentes e os desperdícios em conformidade com os regulamentos em vigor.
- Leia atentamente todas as instruções fornecidas antes de efetuar o ensaio.
- Durante a realização do ensaio, siga as instruções fornecidas com o produto.
- Não utilize o produto após a data de validade indicada.
- Use apenas os reagentes fornecidos com o produto e os recomendados pelo fabricante.
- Não use reagentes de lotes diferentes.
- Não use reagentes de outros fabricantes.

## 6.2 Avisos e precauções para biologia molecular

Os procedimentos de biologia molecular requerem profissionais qualificados e com formação, para evitar o risco de resultados incorretos, especialmente devido à degradação de ácidos nucleicos na amostra ou à contaminação da amostra por produtos da PCR.

Quando a sessão de amplificação tiver sido realizada com o instrumento 7500 Fast Dx Real-Time PCR, é necessário ter disponíveis áreas separadas para a extração/preparação de reações de amplificação e para a amplificação/detecção de produtos de amplificação. Nunca introduza um produto de amplificação na área designada para a extração/preparação de reações de amplificação.

São necessárias batas de laboratório, luvas e ferramentas para preparação da sessão de trabalho.

Os reagentes devem ser manuseados sob uma câmara de fluxo laminar. As pipetas usadas no manuseamento dos reagentes devem ser usadas exclusivamente para este fim. As pipetas devem ser do tipo de deslocação positiva ou ser usadas com pontas com filtro de aerossóis. As pontas usadas devem ser esterilizadas, estar livres de DNases e RNases e livres de ADN e ARN.

Após a sessão de amplificação, a placa de reação e a PCR Cassette devem ser manuseadas com cuidado de modo a evitar a emanação do produto da PCR para o ambiente e a contaminação da amostra e do reagente.

## 6.3 Avisos e precauções específicos para os componentes

**Table 3**

Componente	Temperatura de armazenamento	Utilização a partir da primeira abertura	Ciclos de congelação/ /descongelação	Estabilidade de bordo (ELITe InGenius e ELITe BeGenius)
HSV2 - Positive Control	-20°C ou inferior	um mês	até oito	até quatro sessões separadas* de três horas cada

\*com congelamento intermédio.

## 7 PROCEDIMENTO

O produto **HSV2 — ELITe Positive Control** deve ser usado em associação com o produto **HSV2 ELITe MGB Kit**.

O componente **HSV2 — Positive Control** está pronto para ser utilizado: um volume de **20 µL** é diretamente adicionado à mistura de reação (**HSV2 PCR Mix**, componente do **HSV2 ELITe MGB Kit**) pelo instrumento.

Antes de usar, descongele o tubo de **HSV2 — Positive Control** à temperatura ambiente (+16/+26°C) durante 30 minutos. Misture suavemente e, em seguida, centrifuge o conteúdo durante 5 segundos e mantenha em gelo ou no bloco de refrigeração.

O procedimento completo do ensaio é descrito em pormenor nas instruções de utilização do produto **HSV2 ELITe MGB Kit**.

As características de desempenho e as limitações do procedimento do ensaio completo estão descritos detalhadamente nas instruções do produto **HSV2 ELITe MGB Kit**.

### NOTE

Os resultados do **HSV2 — ELITe Positive Control** serão guardados pelos instrumentos ELITe InGenius e ELITe BeGenius e usados para configurar os Gráficos de Controlo que monitorizam os desempenhos do passo de amplificação. Para cada lote de produto **HSV2 ELITe MGB Kit**, é necessária a amplificação do Positive Control. Os resultados guardados da amplificação do Positive Control irão expirar **após 15 dias**

## 8 REFERÊNCIAS

E. T. E. Fenner et al. (1991) J Clin Microbiology 29: 2621 - 2622

F. E. A. Lukhtanov et al. (2007) Nucleic Acids Res. 35: e30

## 9 SÍMBOLOS

 REF	Número de catálogo.
 Limite máximo da temperatura.	
 LOT	Código de lote.
 Expiry	Prazo de validade (último dia do mês).
 IVD	Dispositivo médico para diagnóstico <i>in vitro</i> .
 CE 0123	Cumprimento dos requisitos dos Regulamentos IVDR 2017/746/CE relativo a dispositivos médicos de diagnóstico <i>in vitro</i> . Certificação emitida pela TÜV Süd Product Service GmbH, Alemanha.
 UDI	Identificação única do dispositivo
 Σ	Contém suficiente para "N" testes.
 i	Consulte as instruções de utilização.
 CONT	Conteúdo.
 MFG	Fabricante.

## 10 NOTIFICAÇÃO PARA OS UTILIZADORES

Qualquer incidente grave ocorrido relacionado com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o doente se encontram localizados. No momento da revisão atual das IDU, não ocorreu nenhum incidente grave ou recolha de segurança com impacto no desempenho do produto e na segurança do dispositivo.

Um "Resumo da segurança e desempenho" será disponibilizado ao público através da base de dados europeia para dispositivos médicos (Eudamed) quando este sistema informático estiver operacional. Antes da notificação de total funcionalidade da Eudamed ter sido publicada, o "Resumo da Segurança e Desempenho" foi disponibilizado ao público mediante pedido por e-mail para [emd.support@elitechgroup.com](mailto:emd.support@elitechgroup.com), em tempo útil.

**ELITechGroup S.p.A.**  
C.so Svizzera, 185, 10149 Torino ITÁLIA  
Tel. +39-011 976 191  
Fax +39-011 936 76 11  
E-mail: emd.support@elitechgroup.com  
WEB site: [www.elitechgroup.com](http://www.elitechgroup.com)

