

ELI.H.A Echinococcus

Sérodiagnostic de l'hydatidose par hémagglutination indirecte

102 tests

(Réf. 66604)

8000140-FR-2025-07

Pour diagnostic *in vitro* uniquement, pour usage professionnel seulement.
Test à usage unique.



1 - BUT

ELI.H.A Echinococcus permet la détermination quantitative des anticorps sériques dirigés contre *Echinococcus granulosus* par hémagglutination indirecte.
Le coffret permet de réaliser 102 tests ou 17 réactions de 6 dilutions.

2 - INTRODUCTION

L'hydatidose ou échinococcose est une affection parasitaire qui correspond au développement chez l'hôte intermédiaire, dont l'homme, de la larve (hydatide) d'un cestode du genre *Echinococcus*. Le cycle d'*Echinococcus granulosus* fait intervenir le chien comme hôte définitif et le mouton ou, plus rarement l'homme, comme hôte intermédiaire.

La localisation de l'hydatide au niveau hépatique est la plus fréquente (50 à 70%), suivie de la localisation pulmonaire (25 à 40%).

L'hydatidose à *Echinococcus granulosus* est caractérisée par la lenteur de son évolution et par son allure insidieuse. Elle reste peu symptomatique et le diagnostic biologique est essentiellement immunologique par recherche d'anticorps.

3 - PRINCIPE

ELI.H.A Echinococcus est basé sur le principe de l'hémagglutination indirecte.

Les hématies sensibilisées sont constituées d'hématies de mouton recouvertes par un antigène *Echinococcus granulosus*.

La présence d'anticorps anti-*Echinococcus granulosus* sériques entraîne une agglutination des hématies sensibilisées qui se traduit par un voile rouge / marron tapissant la cupule. En l'absence d'anticorps spécifiques, ces hématies sédimentent au fond de la cupule sous la forme d'un anneau. Les hématies non sensibilisées assurent la spécificité de la réaction et permettent d'éliminer les interférences dues aux agglutinines naturelles anti-mouton (hétéroanticorps de Forssman, anticorps de la monouncélose infectieuse...).

La réaction s'effectue en microplaqué à fond en U.

La manipulation est simple et rapide. Les résultats sont obtenus en 2 heures.

4 - REACTIFS ET MATERIEL

Description	Quantité
R1 : flacon de 2,2 mL d'hématies sensibilisées	1
R2 : flacon de 1 mL d'hématies non sensibilisées	1
BUF : flacon de 55 mL de tampon phosphate pH 7,2	1
R3 : flacon de 2 mL d'adsorbant	1
CONTROL + : flacon de 0,2 mL de contrôle positif titré	1
CONTROL - : flacon de 0,2 mL de contrôle négatif	1
MICROPLATE: microplaqué à fond en U	2
DROPPER: compte-gouttes spécial	2

5 - PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Les réactifs sont destinés uniquement à un diagnostic *in vitro* et doivent être manipulés par des personnes habilitées.
- Tous les tests sont à usage unique.
- Tous les réactifs, sauf le réactif BUF, contiennent des substances d'origine animale et doivent être manipulés avec les précautions d'usage.
- Les prélevements sont potentiellement infectieux. Ils doivent être manipulés avec les précautions d'usage en respectant les règles d'hygiène et la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation.
- Les réactifs contiennent de l'azide de sodium (concentration < 0,1%). L'azide de sodium contenu dans les réactifs peut réagir avec les métaux lourds des canalisations pour former des composés explosifs. Il est donc recommandé de ne pas jeter les réactifs à l'évier et de suivre les recommandations et réglementations d'élimination des déchets en vigueur.
- Ne pas utiliser les réactifs au-delà de la date de péremption.
- Ne pas utiliser de réactifs provenant de lots différents.
- Ne pas utiliser les réactifs endommagés ou mal conservés avant utilisation.
- Bien attendre que le sérum et les réactifs s'équilibrent à température ambiante.
- Agiter soigneusement les réactifs R1 et R2 avant utilisation.
- Lors de la distribution des réactifs R1 et R2, veiller à ce que le compte-gouttes soit parfaitement vertical. Vérifier l'absence de bulles d'air dans les gouttes, afin que les volumes délivrés soient constants.

6 - RECUEIL ET TRAITEMENT DES ECHANTILLONS

Utiliser des sérum frais ou conservés à -20°C, et ne présentant pas d'hémolyse de trouble ni de contamination.

Eviter les congélations et décongélations répétées.
Ne pas décomplémenter le sérum.

7 - CONSERVATION ET PREPARATION DES REACTIFS

Les réactifs sont prêts à l'emploi.
Tous les réactifs conservés à 2-8°C sont stables jusqu'à la date de péremption indiquée sur le coffret. Ils ne doivent pas être congelés.

8 - MATERIEL REQUIS MAIS NON FOURNI

- Pipette(s) automatique(s) au volume de pipetage adapté à la quantité à mesurer ;
- Récipients pour déchets contaminés ;
- Centrifugeuse ;
- Tubes à hémolyse.

9 - MODE OPERATOIRE

Equilibrer les réactifs à température ambiante avant emploi.

9.1 - Préparation de l'échantillon

Diluer le sérum à tester au 1/40 :

- 50 µL de sérum ;
- 1,95 mL de réactif BUF.

9.2 - Réalisation du test sur microplaqué

- A l'aide d'une micropipette multicanaux, distribuer 50 µL de réactif BUF dans 8 cupules de la microplaqué.
- A l'aide d'une micropipette, distribuer 50 µL du sérum dilué dans la 1ère cupule. Mélanger avec le réactif BUF et reporter, de préférence à l'aide d'un micro-diluateur ("tulipe"), 50 µL de la 1ère cupule dans la 2ème, de la 2ème dans la 3ème, et ainsi de suite jusqu'à la 6ème cupule, en rejetant 50 µL de la 6ème cupule. On obtient ainsi les dilutions 1/80 jusqu'au 1/2560.
- Distribuer 50 µL du sérum dilué dans la 7ème cupule. Mélanger avec le réactif BUF et rejeter 50 µL. Cette dilution (1/80) constitue le témoin sérum, dont le rôle est de détecter les agglutinines naturelles anti-mouton qui peuvent contenir certains sérum.
- Agiter soigneusement les réactifs R1 et R2.
 - Déposer 1 goutte de réactif R1 dans les 6 premières cupules.
 - Déposer 1 goutte de réactif R2 dans la 7ème cupule (témoin sérum).
 - Déposer 1 goutte de réactif R1 dans la 8ème cupule (témoin réactif) dont le rôle est de contrôler la validité du réactif BUF et du réactif R1..

Remarque : Ne réaliser qu'un seul témoin réactif par série de tests.

- Homogénéiser très soigneusement le contenu des cupules :
 - soit manuellement, par tapotements latéraux sur les côtés de la microplaqué, posée à plat ;
 - soit à l'aide d'un agitateur vibrer pour plaques à microtitration (par exemple 1300 tours / minute pendant 10 secondes). Ne pas utiliser d'agitateur orbital.
- Laisser ensuite la plaque immobile, à l'abri de toute vibration.
- Lire la réaction 2 heures plus tard.

9.3 - Adsorption des agglutinines naturelles anti-mouton en cas d'agglutination du témoin sérum

- Agiter soigneusement le réactif R3.
- Distribuer dans un tube et mélanger :
 - 0,1 mL de sérum ;
 - 0,3 mL de réactif R3.
- Laisser incuber 60 min à température ambiante.
- Centrifuger à 2000 trs/min pendant 15 min.
- Recueillir le surnageant ; le sérum est alors dilué au 1/4.
- Diluer le surnageant au 1/10 dans du réactif BUF pour obtenir une dilution mère (1/40) adsorbée.
- Reprendre le protocole de "Réalisation du test sur microplaqué" en remplaçant la dilution mère par la dilution mère adsorbée.

10 - LECTURE


Réaction négative : Absence d'hémagglutination.

Présence d'un anneau plus ou moins large au fond de la cupule.

Réaction positive : Présence d'hémagglutination.

Présence d'un voile rouge/marron tapissant la cupule ; parfois, présence d'un fin lisier périphérique.

Exemple : Sérum positif au 1/1280



11 - INTERPRETATION DES RESULTATS

Titre < 1/160:

Réaction non significative.

Absence probable d'hydatidose.

Renouveler le test 2 à 3 semaines plus tard et associer une électrosynthèse ou une immunoélectrophorèse.

Titre = 1/160:

Réaction douteuse.

Renouveler le test 2 à 3 semaines plus tard et associer une électrosynthèse ou une immunoélectrophorèse

Titre ≥ 1/320:

Réaction significative en faveur d'une hydatidose évolutive.

12 - CONTROLE QUALITE INTERNE

Les réactifs CONTROL+ et CONTROL- doivent être traités comme les sérum à analyser. Le titre du réactif CONTROL+ doit être égal au titre annoncé sur l'étiquette du flacon à ± une dilution. Le réactif CONTROL- doit présenter une absence d'hémagglutination. Si tel n'est pas le cas, le test n'est pas valide.

13 - CAUSES D'ERREURS ET LIMITES DU TEST

- Mauvaise conservation du sérum.
- Mauvaise conservation des réactifs après ouverture.
- Utiliser exclusivement les compte-gouttes fournis dans le coffret.
- Ne pas inter-changer les compte-gouttes entre les réactifs R1 et R2.
- En cas de réaction positive dans les 6 premières cupules, poursuivre les dilutions pour rechercher le titre d'hémagglutination limite.
- Le témoin sérum doit donner une réaction négative (anneau). En cas d'hémagglutination de ce témoin, il est nécessaire de renouveler le test après avoir éliminé les agglutinines naturelles anti-mouton du sérum par adsorption.
- Le témoin réactif doit donner une réaction négative (anneau). En cas d'hémagglutination de ce témoin, le réactif ELI.H.A Echinococcus n'est pas utilisable.
- Certains sérum, dont la concentration en anticorps est très élevée, peuvent donner lieu à un phénomène de zone (avec rétraction du voile) dans les premières dilutions, qui disparaît dans les dilutions suivantes.
- La qualité des réactifs permet d'exécuter la réaction le soir et d'effectuer la lecture le lendemain matin, à condition que la microplaqué ne subisse aucun déplacement et soit à l'abri des vibrations.
- Dans tous les cas et avant l'établissement du diagnostic final, l'interprétation du test doit être réalisée en intégrant l'ensemble des données cliniques, épidémiologiques et biologiques et des résultats des autres tests.

14 - PERFORMANCES

ELI.H.A Echinococcus est constitué d'hématies sensibilisées par un antigène *Echinococcus granulosus*. Il assure sensibilité et spécificité à la réaction.

Une étude portant sur 221 sérum humain a démontré une sensibilité de 93,0 % (quelle que soit la localisation des kystes) et une spécificité de 94,9 %. Les comparaisons avec l'IIFI et le test ELISA ont montré une remarquable complémentarité de ces différentes réactions (2).

15 - ELIMINATION DES DECHETS

Les déchets doivent être éliminés en respectant les règles d'hygiène et la réglementation en vigueur pour ce type de produit dans le pays d'utilisation.

En cas de versement accidentel de réactif BUF, nettoyer le plan de travail à l'aide de papier absorbant et rincer avec de l'eau. En cas de versement de sérum ou d'un autre réactif, nettoyer à l'aide d'eau de Javel et de papier absorbant.

16 - BIBLIOGRAPHIE

- A. CAPRON, L. YARZABAL, A. VERNES, J. FRUIT - Le diagnostic immunologique de l'échinococcose humaine - Path. - Biol., 1970, Vol. 18, n° 7-8, 357-368.
- P. AMBROISE-THOMAS, P.-T. DESGEORGES, M. BAYARD, A. GROS - L'hémagglutination indirecte dans le séro-diagnostic de l'hydatidose. Comparaison avec l'immuno-fluorescence indirecte et la technique ELISA - Lyon Médical, 1979, 241, 755-759.
- P. WATTRE, M. CAPRON, A. BEKHTI, A. CAPRON - Diagnostic immunologique de l'Hydatidose - La nouvelle presse médicale, 1980, n° 9, 305-309.
- P. PESSION, N. LEGER, G. MADULOU-LEBLOND - Diagnostic immunologique en parasitologie et en mycologie - Le Pharmacien Biologiste, Tome XIII, n°123, 417/55-60.

Les modifications par rapport à la version précédente sont soulignées en gris.

ELITech MICROBIO

Parc d'activités du Plateau

Allée d'Athènes

83870 SIGNES

FRANCE

tél: 33 (0)4 94 88 55 00

<http://www.elitechgroup.com>

